


富士川町役場環境保全率先行動計画(第2期)
 事務事業編(公共施設)

公共施設等の燃料等の使用実績における温室効果ガス(二酸化炭素CO2)総排出量の状況(平成27年度(基準年度)～29年度)

■温室効果ガス(二酸化炭素CO2)の総排出量(年度別)
 単位 : kg-CO2

項目	平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		平成31年度		平成32年度		平成33年度		平成27年度 からの削減率
	排出量	増減率	排出量	増減率	排出量	増減率	排出量	増減率	排出量	増減率	排出量	増減率	排出量	増減率	
庁舎	198,443	100%	126,091	64%	121,663	61%									-370,154 -12%
小中学校	252,240	100%	220,668	87%	218,030	86%									
保育所	115,243	100%	118,697	103%	118,671	103%									
福祉文化施設等	1,117,050	100%	1,019,196	91%	935,159	84%									
指定管理施設	1,290,768	100%	1,081,287	84%	1,210,067	94%									
合計	2,973,744	100%	2,565,939	86%	2,603,590	88%									
基準年度 参考					計画年度										➤



【参考】

■平成29年度の排出量については、前年度から微増であった。また、ますほ文化ホールは指定管理施設となった。今後、排出量を削減していくためには、日頃より職員が実施している省エネルギー活動の更なる推進と併せ、老朽化した設備や施設の省エネルギー化を検討する必要があると考えられる。